

La SQS en qualité d'instance d'évaluation de la conformité, numéro d'identification 1250, atteste par la présente que l'organisation

Messer Schweiz AG
Seonerstrasse 75
5600 Lenzburg
Suisse

est dotée au niveau du développement, de la fabrication et de la distribution d'un système d'assurance qualité qui est conforme aux exigences de la base normative mentionnée ci-dessous:

ANNEXE II

Directive 93/42/CEE (exclue section 4)

Cet agrément s'appuie sur le résultat le rapport daté du 03 juillet 2020.

Le domaine de validité concerne le produit

IIa

Dioxyde de carbone médicinal

Le présent label CE peut être appliqué à ce produit comme indiqué dans ce certificat

CE 1250

Ce certificat reste valable à condition que des audits de contrôle soient effectués à intervalles réguliers, conformément à l'annexe II.5 Directive 93/42/CEE

No d'enreg. 30253

Validité 03.09.2020–25.05.2024
Emission 03.09.2020

Responsable dispositifs médicaux agréé
03.09.2020



F. Müller, CEO SQS



D. Taddeo, Responsable dispositifs médicaux



sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

